

Quesito n. 13

Per il raggiungimento del 70% dei parametri accreditati, in luogo della matrice biogas, è possibile indicare matrici assimilabili (emissioni gas da sorgente fissa, aria ambienti di lavoro, ambienti outdoor, etc.)?

E' possibile ritenere equivalente alla matrice "biogas" la matrice "gas".

Quesito n. 14

Rientrano nel conteggio dei parametri accreditati anche le misurazioni richieste in campo con analizzatore portatile?

No

Quesito n. 15

Vista la risposta di cui al quesito n. 10, sono da ritenersi non vincolanti anche gli altri metodi, riportati nel computo metrico, come, ad es, idrocarburi con IR, COD (titolazione), etc?

Le metodiche da utilizzarsi sono quelle indicate nel Prezzario Regionale della Regione Piemonte. L'alternativa tra spettrofotometria ad emissione al plasma o ad assorbimento atomico, oggetto della risposta al quesito n. 10, viene indicata spesso economicamente equipollente a Prezzario. Laddove l'equipollenza non sia documentata a Prezzario, occorre attenersi alle indicazioni in computo metrico, in fase di offerta, in quanto non sono ammesse varianti, come espressamente indicato nel bando e nel disciplinare di gara.

Quesito n. 16

I laboratori possono fornire rilevabilità più alte di quelle indicate a Capitolato?

I limiti indicati a Capitolato indicano una soglia di precisione ed attendibilità analitica minima. Naturalmente possono essere fornite prestazioni migliori.